校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　：

品名　：デジタル温度計　　型式　：

製造番号　：　　製造者　：●●●株式会社

校正日　：　　管理番号　：※※※

顧客管理番号　：

確認者

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
※※※（JCSS校正）	●●●株式会社	0
		1900年1月0日

COPY

アズワン株式会社